



ANEXO CONVOCATORIA

2070/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Material: membrana de nitrocelulosa Aplicación en blotting /Western blot Tamaño de los poros de 0.2 um Dimensiones: Rollo de 300 mm de ancho x al menos 3.5 metros de largo. Referencias: Cytiva, BioRad
2	Material: autoclavable Con 8 canales Volumen de manejo: 30 a 300 ul Compatible con tips universales Referencia: DLab o similar
3	Material: vidrio-borosilicato Autoclavable Capacidad: 2000 ml Borde reforzado Referencias: HDA, Everglass. Este item es parte del "Lote A". Se evaluará por lote completo, con lo cual como requisito de evaluación se deberá ofertar todos los items correspondientes al lote en cuestión. El Lote A comprende los items 3 y 4.
4	Material: vidrio-borosilicato Autoclavable Capacidad: 3000 ml Borde reforzado Referencias: HDA, Everglass. Este item es parte del "Lote A". Se evaluará por lote completo, con lo cual como requisito de evaluación se deberá ofertar todos los items correspondientes al lote en cuestión. El Lote A comprende los items 3 y 4.
5	Material: vidrio-borosilicato Autoclavable Capacidad: 500 ml Graduada Base plástica Borde reforzado Referencias: HDA, Everglass. Este item es parte del "Lote B". Se evaluará por lote completo, con lo cual como requisito de evaluación se deberá ofertar todos los items correspondientes al lote en cuestión. El Lote B comprende los items 5 y 6.
6	Material: vidrio-borosilicato Autoclavable Capacidad: 2000 ml Graduada Borde reforzado Referencias: HDA, Everglass. Este item es parte del "Lote B". Se evaluará por lote completo, con lo cual como requisito de evaluación se deberá ofertar todos los items correspondientes al lote en cuestión. El Lote B comprende los items 5 y 6.
7	Material: magneto revestido en teflon Tamaño: 66 mm x 9 mm
8	Material: poliestireno 96 pocillos (8 x 12) ó tiras desmontables de 8 pocillos cada una con el marco de sujeción. Fondo plano



Renglón	Especificación Técnica
8	Capacidad de al menos 350 ul por pocillo. Tratadas, de alto pegado Trasparentes No estéril Referencia: Nunc maxisorp o similar.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras