UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES

ANEXO CONVOCATORIA

2124/2026

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	- Equipo portátil, con pantalla LCD o similar que permita la rápida lectura de valores, y resistente al agua. - Alimentación con batería recargable a 220V. - Capacidad de medición de, al menos: temperatura, pH, Conductividad eléctrica (CE), y oxígeno disuelto (OD). Es deseable que también permita la determinación de Sólidos disueltos totales (TSD) y Salinidad. - Que se comercialice con los correspondientes sensores para los parámetros mínimos antes mencionados (temperatura, pH, CE y OD). - Que admita la conexión simultánea de un mínimo de tres sensores para la recolección de datos en campo, habilitando el registro multifuncional y continuo de parámetros, evitando la desconexión o el intercambio de sensores. - Que el equipo adquirido cuente con los accesorios y soluciones de calibración necesarios para su uso inmediato. - Que cuente con un estuche de transporte resistente para traslados a campo. - Rango de medición de pH y precisión: 0 a 14, ± 0.02 a 0.002 - Rango de medición de conductividad eléctrica (CE) y precisión: 0.01 a 2000 mS/cm, ±0.5 a 1% - Rango de medición de Oxígeno Disuelto (OD) y precisión: 0 a 50 ppm (mg/L), ±3% - Rango de medición de Temperatura y precisión: 0 a 60° C, ± 0.2° C. - Incluir en el presupuesto gastos de envío a la Facultad de Ciencias Veterinarias UNCPBA, Campus Universitario de Tandil. Modelo o marca de referencia: Medidor multiparámetro tipo DLAB DPCD10

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras